



"BERÇO DA ELABORAÇÃO DOS VINHOS"

MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Em resposta a Impugnação ao Edital Pregão Eletrônico 005-2020:

A Secretaria Municipal de Saúde busca adquirir produtos com qualidade, avaliando sempre o custo/ benefício e otimizando os recursos das três esferas de governo (União, Estado e Município) da melhor forma possível, assim, a demanda por fitas reagentes para teste rápido de glicose capilar baseou-se no fato da Unidade Básica de Saúde de Monte Belo do Sul possuir em estoque aparelhos da marca solicitada. Desta forma, a inclusão da marca no descritivo não se trata de direcionamento, mas visa a utilização dos aparelhos disponíveis que dependem deste insumo em específico.

Além disso, fornecemos tiras de glicemia capilar para os pacientes diabéticos em uso de insulino terapia para uso domiciliar, muitos destes, pacientes idosos e acamados, e desta forma, considerando que estes monitores serão utilizados por pacientes em seus domicílios, os quais podem apresentar diferentes tipos de deficiências e dificuldades, como as visuais, motoras e analfabetismo, o recurso tecnológico a ser aplicado deve ser de fácil manuseio, a fim de evitar a utilização equivocada do material e mantendo assim, a segurança do paciente. Como os pacientes já utilizam este equipamento da marca solicitada há muito tempo, eles dominam e operam o glicosímetro de maneira adequada. Caso fosse necessária a troca de marca, deveríamos disponibilizar treinamento para todos estes pacientes, a fim de explicar o correto funcionamento do equipamento.

Devemos considerar também, que estamos passando por uma pandemia, e conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e outros órgãos regulatórios, devemos evitar aglomerações e respeitar o isolamento social. Além disso, de acordo com o Decreto Municipal nº 033/2020, foram suspensas as realizações

DMT



"BERÇO DA ELABORAÇÃO DOS VINHOS"

MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

de grupos, e com isso, inclui-se o Grupo de Diabéticos do Município. Desta forma, o treinamento para explicar a utilização de um novo glicosímetro se torna inviável neste momento.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Monte Belo do Sul, 29 de Abril de 2020.

Deise M. Tichota
Farmacêutica
CRF-RS 17672

Deise Michele Tichota

Deise Michele Tichota

Coordenadora da Unidade Básica de Saúde